


СОГЛАСОВАНО  
Начальник УМСЗ Росгидромета

  
В. В. Пешков

25.09.2020

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Росгидромета

  
И.А. Шумаков

Дата введения – 2021-01-01

08.10.20

**Поправка РД 52.24.358–2019 МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗА ОБЩЕГО И ЖЕЛЕЗА ВАЛОВОГО В ВОДАХ.  
Методика измерений фотометрическим методом с 1,10-фенантролином  
ПОПР № 1/ (проект) РД 52.24.358–2019**


В каком месте	Напечатано	Должно быть
Подраздел 9.5, первый абзац	Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят каждый раз перед анализом серии проб.	Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят при использовании новых партий реактивов, но не реже одного раза в квартал.
Подраздел 9.5, формула (1)	$ X_{Г}-C_{Г}  \leq \sigma_{R}$	$ X_{Г}-C_{Г}  \leq 2\sigma_{R}$

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ФГБУ «НПО «Тайфун»



  
В.М. Шершаков


Руководитель организации-разработчика  
Директор ФГБУ «ИХИ»

  
М.М. Трофимчук

Руководитель службы стандартизации  
Заведующий лабораторией стандартизации  
и метрологии

  
А.А. Назарова

21.08.2020

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**  
в головной организации по стандартизации  
ФГБУ «НПО «ТАЙФУН»  
за номером ПОПР № 1/46 РД 52.24.358-2019  
 30.11.2020  
(подпись) (дата)